

	LABORATORIUM BADANIA ŚCIEKÓW		F-7.06.08
	INSTRUKCJA POBORU PRÓB GLEBY		Wydanie: 4
	Strona/stron:	Zmiana:	
	1/1	-	

Próbkę gleby do badań uzyskuje się przez zmieszanie 25 próbek pobranych w punktach regularnie rozmieszczonych na powierzchni nieprzekraczającej 5 ha., o jednakowej budowie, przedplonie, uprawie i nawożeniu. Próbkę pobiera się idąc po przekątnej lub zygzakiem (schemat) po wyznaczonym wcześniej obszarze.

1. Próbkę pobiera się przy pomocy laski glebowej lub szpadlem z głębokości 25 cm, albo z maksymalnej możliwej głębokości nie mniejszej niż 10 cm, jeżeli powierzchniowa warstwa glebowa jest mniejsza niż 25 cm.
2. Ziemię z pojedynczych nakłuc przynosimy do wiadra i mieszamy. Następnie przynosimy ok. 0,5 kg do płóciennego lub plastikowego worka, albo kartonowego pudełka.

Należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po nawożeniu oraz w okresach suszy lub nadmiernej wilgotności. Nie należy pobierać próbek na obrzeżach pola, w miejscach po stogach lub kopcach oraz w bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach, a także w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu.

3. Próbkę zabezpieczamy przed uszkodzeniem.
Wymagany jest opis próbki (dokładne miejsce poboru), w celu identyfikacji jej w Laboratorium.
Próbki do badań może pobrać Zleceniodawca w odpowiednie pojemniki, dostępne w Laboratorium.
1. Bezpośrednio po pobraniu próbki do naczynia należy dołączyć „Protokół pobierania próbki ścieków/osadów/gleby” (F-7.06.01) opisujący m.in. rodzaj próby, miejsce, datę i godzinę pobrania.
2. Lokalizację poboru określa zleceniodawca tak, aby wybrane miejsca były reprezentatywne i zgodne z określonym celem, zachowując zasady BHP.

Przykładowe schematy pobierania próbek gleby :



OŚWIADCZENIE:

1. W przypadku, gdy zleceniodawca dostarcza próbkę do badań Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór, transport, metodę pobrania i czystość pojemników. Odpowiednia adnotacja znajduje się na sprawozdaniu z badań oraz na protokole pobrania próbki
2. Metodyka poboru próbek wody, ścieków, osadów i gleby na życzenie Klienta udostępniana jest w Laboratorium

SPORZĄDZIŁ:

Specjalista
ds. Badania Wody i Ścieków
11.04.16 inż. Anna Pawłowska
(data, podpis)

ZATWIERDZIŁ:

Kierownik
Działu Laboratorium
i Technologii Uzdatniania Wody
mgr inż. Aneta Majewska
(data, podpis)
11.04.2016